



VL01-000301  
2020年7月2日

お客様各位

株式会社ベリタス  
高度管理医療機器販売業  
営業管理者 山本 大心  
(TEL:03-5776-0078)

### Streck 社製真空密封型採血管「Streck 採血管」回収について

拝啓 時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、「Streck 採血管」の選任製造販売業者であるマイクレン・ヘルスケア株式会社より製品回収の通知がございました。詳細は別紙「Streck 社製真空密封型採血管「Streck 採血管」回収について(クラスII)」(マイクレン・ヘルスケア株式会社)をご参照下さい。

また、是正処置が完了するまでの期間、該当製品の出荷停止指示に伴い出荷を停止させていただきます。出荷の再開の時期等につきましては分かり次第ご連絡致します。

尚、具体的な回収の詳細や手順に関しましては代替品が整い次第追ってご連絡をさせていただきます。

この度は、貴社に多大なるご迷惑をお掛けしますこととお詫び申し上げます。

敬具

記

#### 【該当商品】

1. 一般名称:真空密封型採血管
2. 販売名:Streck 採血管
3. 製造販売認証番号:301AFBZI00047000
4. 回収の対象

商品コード	商品名	該当ロット
STM-230567	Streck 採血管 Cyto-Chex 5mL x 6	92310309
STM-230568	Streck 採血管 Cyto-Chex 5mL x 25	92310309
STM-230569	Streck 採血管 Cyto-Chex 5mL x 100	92310309
STM-230570	Streck 採血管 Cell-Free DNA 10mL x 6	91820317
STM-230571	Streck 採血管 Cell-Free DNA 10mL x 100	91820317, 00970317

※マイクレン・ヘルスケア株式会社からの連絡にはロット 01290317 の記載がありますが、弊社出荷履歴がないため、対象外としています。

以上